Schema för intern kvalitetskontroll Afinion™ CRP

Datum	Kassetter lot	Kontroll lot	Facit gränsvärden	Resultat	Analysresultat - 8 - 6 - 4 - 2 0 2 4 6 8	Sign

Afinion™ CRP Kontrollkit består av CRP kontroller i två nivåer, 2 flaskor av vardera nivå. Oöppnad kontroll förvaras i kylskåp och är hållbar till utgångsdatum Öppnad kontroll är hållbar i 8 veckor i kylskåp.

Förklaring finns på baksidan.

Förklaring till schemat:

Datum	Kassetter lot	Kontroll lot	Facit Gränsv.	Resultat	Analysresultat - 8 - 6 - 4 - 2 0 2 4 6 8	Sign
	Tryckt på kassettförp.	Tryckt på kontrollflaskan	Tryckt på kontr. bruksanv.		Markera med kryss. Värdet mitt emellan gränsvärdena = 0	
9/9-05	11054553	11093575	15-23	20		
11/9-05	---- || ----	---- || ----	---- || ----	19		

Facitvärdet för Afinion™ CRP kontrollerna finns angivet på första sidan i bruksanvisningen som medföljer varje kontrollförpackning.

Hur ofta ska kontrollen analyseras?
Följande rekommendationer gäller för analys av kontroller:
- För varje ny leverans av Afinion™ CRP kassetter.
- För varje ny lot av Afinion™ CRP kassetter som tas i bruk.
- Om testkassetterna inte har förvarats enligt föreskrifterna i bruksanvisningen.
- Om man får oväntade patientresultat.
- Vid upplärning av ny personal i användandet av Afinion™ instrumentet.
- Enligt lokala bestämmelser.

Analysresultaten ska inte skilja för mycket från varandra (ge en så rak linje i schemat som möjligt). Om resultaten avviker mer än tillåtet se avsnitt ”Felsökning” i bruksanvisningen. Hjälper inte detta, kontakta Medinor.

Öppnad kontroll är hållbar i 8 veckor i kylskåp.