

IT-avbrott för PNA-instrument 5 oktober kl. 9-10

På grund av ett IT-arbete kommer det vara ett tillfälligt avbrott i överföring av provsvar till journal för samtliga PNA-instrument (utom blodgasinstrumenten ABL) på **måndag den 5 oktober kl. 9-10**.

Instrumenten kan användas som vanligt för analys av prover men analysresultaten kommer inte att gå över till journal under själva avbrottet. Eventuella dockningsstationer kommer att blinka rött.

Provsvaren skickas automatiskt till journal när arbetet är klart och instrument med dockningsstation dockats om.

Blodgasinstrumenten av typen ABL90 och ABL800 påverkas inte av detta arbete.

SAMMANFATTNING

- * Tillfälligt avbrott i överföring av provsvar till journal för PNA-instrument 5 oktober
 - * Instrumenten kan användas som vanligt under tiden
 - * Provsvaren skickas automatiskt efter kl. 10
 - * Instrument med dockningsstation ska dockas om efter kl. 10
-

Med vänlig hälsning

PNA-supporten

Klinisk kemi, Medicinsk Diagnostik Karolinska

Tel 08-123 910 69

E-post: KUL-PNA-support.karolinska@regionstockholm.se

Besök gärna vår hemsida www.karolinska.se/pna