


## Blododlingar

### -desinfektera grundligt för att undvika föroreningar med hudflora

Tvätta med klorhexidinsprit, låt lufttorka innan provtagning

1. Desinfektera flaskornas membran. Låt torka innan provtagning
2. **Desinfektera huden under minst 30 sekunder**
  - Gnid huden där venpunktion ska göras med ordentligt fuktad tvättork.
  - Byt fuktad sudd minst en gång
  - Låt huden lufttorka - huden ska vara torr innan provtagning



30 sekunder

### -provtagning



Ett flaskpar

1. Placera etiketten på tom yta. Samma RID-nummer på båda flaskorna i ett flaskpar
2. Börja provtagningen med den aeroba flaskan
3. Fyll varje blodflaska med max 10 mL blod
4. Rekommenderad provtagning är 2 flaskpar tagna vid två separata stick